

تاریخ پاسخ: 1402/05/09		اداره کل آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی برگه الکترونیک نتایج آزمون		 		
صفحه: 1 از 1						
تاریخ ورود به آزمایشگاه: 1402/04/06		جهت صحت سنجی این گزارش آزمون، رمزینه «QR code» فوق را اسکن نمایید.				
این گزارش آزمون، شامل 1 صفحه می باشد.		کد hix پذیرش نمونه: 140000000029500273				
نام تجاری: کلسی فید	نام کامل نمونه: مکمل قرص قرص کلسیم سیترات+منیزیم+زینک+ویتامین دی					
سازمان متقاضی: اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل	نام محصول از نگاه مشتری: کلسی فید					
نام متقاضی: آقای حجت الله ابراهیمی	شماره و تاریخ ثبت درخواست: 1402/04/03 - 1230156					
سازنده: دنیا دارو سپهر	شماره و تاریخ نامه: 1402/03/13 - 31697/358					
وارد کننده:	تاریخ پاسخ: 1402/05/09					
کشور سازنده: ایران	تاریخ تولید: ندارد					
شماره سری ساخت: 00000000.IRC.	تاریخ انقضا: 2025/06/01					
شماره سری ساخت: D1408	محل نمونه برداری: سایر					
تعداد / مقدار / وزن نمونه: 2 جعبه	تاریخ نمونه برداری: 1402/03/27					
علت ارسال نمونه: شکایتی	نوع بسته بندی:					
ردیف	آزمایشات انجام شده	نتایج آزمایش	حدود قابل قبول	واحد	روش انجام	مرجع / sop
1	سختی	17.99	فاقد محدود مجاز	KP	سنجش دستگاهی سختی	Validated in house methods
2	زمان باز شدن	63	<=30	min	سنجش دستگاهی زمان باز شدن	USP
<p>احتراما ، بازگشت به نامه شماره 31697/358 مورخ 1402/03/13 به اطلاع می رساند نمونه دریافتی قرص کلسی فید به شماره سری ساخت D1408 شرکت دنیا دارو سپهر تولید کارخانه سیمرغ داروی عطار کشور ایران که به صورت شکایت از دفع کامل واحد دارویی توسط شخص مصرف کننده نمونه برداری گردیده، توسط آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و دارو مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت و با توجه به آزمایشات انجام شده به دلیل طولانی بودن زمان باز شدن قرص غیر قابل قبول می باشد.</p> <p>ضمنا مقتضی است مبلغ سه میلیون ریال بابت هزینه آزمایش به شماره حساب 4001035203015489 با کد شناسه 378035282140108002173529008201 به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رسید آن را به این مرکز ارسال نمایید.</p>						

دکتر کلثوم خیرالهی

رئیس آزمایشگاه

دکتر مهدی انصاری دوگانه

مدیرکل آزمایشگاه های مرجع

کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی

از طرف 

آزمون های زیر خط دار نامنطبق می باشند.

آزمون های ستاره دار تجدید شده می باشند.

آزمون ها با علامت #، آزمون های برون سپاری شده می باشند.

این برگه آنالیز بدون بارکد و کد HIX پذیرش نمونه، فاقد اعتبار می باشد.

نتایج فوق فقط در مورد نمونه های مورد آزمون صدق می کند.